

仕様書		作成日	2008/12/15	
		装置名	UL50試験装置	改正1
型式	UL50	改正2		
		承認	照査	作成

仕様

UL50シャワー試験装置

- 1) 外観寸法 : 別紙参照
重量 60Kg (2009/2/14 追記)
- 2) 流量 : 降雨量1、500mm/h以上 想定(1、500L/h以上)
- 3) 噴射ヘッド圧 : 0. 1MPa
既設配管 Su20×3本より分岐→現状圧力0. 4~0. 5Mpa
減圧弁にて0. 3Mpa、着脱が可能である事
- 4) 霧用ヘッドに位置 : FL=1. 200~2. 200mmで調整可能である事
- 5) 圧力ゲージ : 各ヘッドに噴霧圧力ゲージを取り付け
サイズ 1/2 圧力範囲 0. 0~0. 6Mpa
- 6) ゲートバルブ : 各ヘッドに圧力制御用ゲートバルブを取り付け
サイズ 1/2
- 7) 配管及び架台 : 配管部はSUS、架台部は、アルミフレーム(軽量化対策)
- 8) ヘッド数 : 噴霧ヘッド 3ヶ所
- 9) 未使用時 : 容易に移動・収納が可能な事
キヤスターにて移動が可能
折りたたみ構造とすることでコンパクトに収納が可能
- 10) 配管路図

